

Niet-medische mond-neusmaskers voor OV

Bijlage: X

Soorten en type adembescherming.

1. Beschermende maskers.

Beschermende maskers zijn maskers die de drager bescherming geven van tegen deeltjes, en aërosolen. Deze maskers dienen te voldoen aan de EU-verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen en aan de EU norm EN 149:2001+A1:2009 en zijn in de type uitvoeringen FFP1 t/m FFP3. De maskers zijn verkrijgbaar met en zonder uitademventiel. Beschermende maskers zijn voorzien van een CE-markering.

2. Medische maskers.

Medische maskers moeten voldoen aan de EU-Richtlijn 93/42/EEG voor medische hulpmiddelen (EU-verordening 2017/745 is met 1 jaar uitgesteld) en de EU norm EN 14683:2019, en zijn in de type uitvoeringen I, II en IIR. Type IIR is getest op druppeldoorslag (van binnen naar buiten). Medische maskers geven de drager geen bescherming, maar voorkomen dat de omgeving besmet raakt. De type II en IIR worden ook wel chirurgische maskers genoemd. Medische maskers (verpakking) zijn voorzien van een CE-markering.

3. Niet-medische maskers.

Niet medische maskers zijn zelfgemaakte maskers en in serie gemaakte maskers die niet voldoen aan de EU-verordening 2016/425 en de EU-Richtlijn 93/42/EEG en geen vorm van bescherming geven als persoonlijk beschermingsmiddel of medisch hulpmiddel. Deze zijn en mogen ook niet voorzien zijn van een CE-markering. Alleen niet-medische maskers zonder CE-markering mogen tijdens het reizen met het OV vanaf 1 juni 2020 gebruikt worden.

4. Maskers voor de zorg sector.

Maskers die bedoeld zijn voor gebruik in de zorg sector en die niet gebruik mogen worden tijdens het reizen met het OV zijn alle beschermende maskers FFP1 t/m FFP3 en alle medische maskers type I, II en IIR. Deze maskers zijn herkenbaar aan onder meer de CE-markering.